

機器	点検項目	間隔 (日)	作業実施日					
窒素酸化物	目視点検	14						
	ダストフィルタの交換	14						
	吸収液の作成	14						
	吸収液の交換	14						
	酸化液の作成、交換	14						
	排ガス処理液の作成、交換	14						
	ミストトラップの水抜き	14						
	酸化器の洗浄、取替	14						
	記録計の点検	14						
	機器の清掃	28						
	記録紙の交換	28						
	等価液の作成	120						
	目盛校正	120						
	ガラスろ過器の交換	180						
	比較セルのセル窓の交換	180						
	ハイプレチューブ交換	180						
	ガラス部品洗浄	180						
	インピンジャの液量点検	180						
インピンジャの洗浄、取替	180							
比較セルの洗浄、取替	180							

機器	点検項目	間隔 (日)	作業実施日					
風向・風速	目視点検	14						
	記録計の点検	14						
	機器の清掃	28						
	記録紙の交換	28						

特記事項