

別紙1 作業標準書

自動測定機	内 容	間隔 (日)	自動測定機	内 容	間隔 (日)	
二酸化硫黄	目視点検	14	浮遊粒子状物質	記録計の点検	14	
	ダストフィルタの交換	14		ろ紙交換	28	
GRH-102	吸収液の作成	14	GRH-106	等価膜による目盛校正	28	
	吸収液の交換	14		機器の清掃	28	
GRH-106	記録計の点検	14	測定方法 ベータ線吸収法	記録紙の交換	28	
測定方法 導電率法	機器の清掃	28				
	記録紙の交換	28				
	等価液の作成	120				
	目盛校正	120				
	ハイプレチューブ交換	180				
	インピンジャの洗浄、取替	180				
	インピンジャの液量チェック	180				

自動測定機	内 容	間隔 (日)	自動測定機	内 容	間隔 (日)
窒素酸化物 GPH-104 測定方法 吸光光度法	目視点検	14	風向・風速 C-W154	目視点検	14
	ダストフィルタの交換	14		記録計の点検	14
	吸収液の作成	14		機器の清掃	28
	吸収液の交換	14		記録紙の交換	28
	酸化液の作成、交換	14			
	排ガス処理液の作成、交換	14			
	ミストラップの水抜き	14			
	酸化器の洗浄、取替	14			
	記録計の点検	14			
	機器の清掃	28			
	記録紙の交換	28			
	等価液の作成	120			
	目盛校正	120			
	ガラスろ過器の交換	180			
	比較セルのセル窓の交換	180			
	ハイブレンチューブ交換	180			
	ガラス部品洗浄	180			
	インピンジャの液量点検	180			
	インピンジャの洗浄、取替	180			
	比較セルの洗浄、取替	180			